

Warszawa, dn. 09.09.2020 r.

**Do wszystkich Uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:

**„ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ  
DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW – MAMMOGRAFU”  
sygnatura postępowania: 01/2020**

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące otwarcia ofert w ww. postępowaniu.

I. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 9 września 2020 roku o godz. 12:00 w placówce Zamawiającego w Gdyni, przy ul. Nocznickiego 8a. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 602.000,00 zł brutto (w tym na Zadanie nr 1: 600.000,00 zł., a na Zadanie 2: 2.000,00 zł.).

II. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym **złożono 4 oferty**, gdzie:

Numer Oferty	Nazwa (firmy) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy	Oferowana cena brutto (w zł.) (KRYTERIUM 1)	Parametry techniczne (wg. SIWZ) (KRYTERIUM 2)	Okres gwarancji (w latach) (KRYTERIUM 3)
1	TIMKO Sp. z o.o. ul. Kacza 8/34 01-013 Warszawa	677.010 zł.	<p><b>parametr 1:</b> na wyświetlaczu na statywie podawane imię i nazwisko (...): NIE</p> <p><b>parametr 2:</b> automatyczne ustawienie aparatu do kolejnych projekcji (...): NIE</p> <p><b>parametr 3:</b> maksymalny prąd dużego ogniska: <math>\geq 190</math> mA</p> <p><b>parametr 4:</b> rozmiar piksela: <math>\leq 85 \mu m</math></p> <p><b>parametr 5:</b> automatyczny dobór tempa kompresji piersi (...): NIE</p> <p><b>parametr 6:</b> rozdzielczość monitora diagnostycz. (lekarskiego): <math>&gt; 10</math> MP</p> <p><b>parametr 7:</b> minimalna luminancja skalibrowana na poziomie 1000 cd/m2: TAK</p>	2 LATA

2	4RAD Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Suwak 4 lok. 110 02-676 Warszawa	583.500 zł.	<p><b>parametr 1:</b> na wyświetlaczu na statywie podawane imię i nazwisko (...): NIE</p> <p><b>parametr 2:</b> automatyczne ustawienie aparatu do kolejnych projekcji (...): TAK</p> <p><b>parametr 3:</b> maksymalny prąd dużego ogniska: &lt;190 mA</p> <p><b>parametr 4:</b> rozmiar piksela: ≤85 μm</p> <p><b>parametr 5:</b> automatyczny dobór tempa kompresji piersi (...): TAK</p> <p><b>parametr 6:</b> rozdzielczość monitora diagnostycz. (lekarskiego): &gt;10 MP</p> <p><b>parametr 7:</b> minimalna luminancja skalibrowana na poziomie 1000 cd/m2: TAK</p>	5 LAT
3	SIEMENS HEALTHCARE Sp. z o.o. Ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	614.331,35 zł.	<p><b>parametr 1:</b> na wyświetlaczu na statywie podawane imię i nazwisko (...): TAK</p> <p><b>parametr 2:</b> automatyczne ustawienie aparatu do kolejnych projekcji (...): TAK</p> <p><b>parametr 3:</b> maksymalny prąd dużego ogniska: ≥190 mA</p> <p><b>parametr 4:</b> rozmiar piksela: ≤85 μm</p> <p><b>parametr 5:</b> automatyczny dobór tempa kompresji piersi (...): TAK</p> <p><b>parametr 6:</b> rozdzielczość monitora diagnostycz. (lekarskiego): &gt;10 MP</p> <p><b>parametr 7:</b> minimalna luminancja skalibrowana na poziomie 1000 cd/m2: TAK</p>	4 LATA
4	FUJIFILM EUROPE GmbH Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 178 02-486 Warszawa	599.858,98 zł.	<p><b>parametr 1:</b> na wyświetlaczu na statywie podawane imię i nazwisko (...): TAK</p> <p><b>parametr 2:</b> automatyczne ustawienie aparatu do kolejnych projekcji (...): TAK</p> <p><b>parametr 3:</b> maksymalny prąd dużego ogniska: 200 mA</p> <p><b>parametr 4:</b> rozmiar piksela: 50 μm</p> <p><b>parametr 5:</b> automatyczny dobór tempa kompresji piersi (...): TAK</p> <p><b>parametr 6:</b> rozdzielczość monitora diagnostycz. (lekarskiego): 12 MP</p> <p><b>parametr 7:</b> minimalna luminancja skalibrowana na poziomie 1000 cd/m2: TAK</p>	5 LAT

**III. Termin wykonania zamówienia wynosi:**

Zgodnie z treścią SIWZ, wykonanie zamówienia w zakresie Zadania nr 1 musi nastąpić nie później niż do dnia 16.11.2020 r., natomiast w zakresie Zadania nr 2 nie później niż do dnia 21.12.2020 r.

*Konstantyna Gumeniowa*

